



IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO DEL CENTRO DE SALUD TIPO B DEL PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.

Adquirir Dispositivos Médicos de Laboratorio Clínico para optimizar la atención que se brinda a los pacientes que acuden del Centro de Salud Tipo "B" del Patronato Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Chimborazo.

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES.

El Centro De Salud Tipo B área de Laboratorio Clínico, requiere lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO USD	TOTAL NETO USD
1.	TUBOS TAPA ROJA PLÁSTICO	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, PLÁSTICO, TAPA ROJA 10 ML. DE PLÁSTICO, SELLADO AL VACÍO, POSEE ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, CIERRE HERMÉTICO: DOBLE TAPÓN DE SEGURIDAD QUE CONSISTE EN UNA TAPA EXTERIOR DE POLIETILENO DE COLOR ROJO Y UN TAPÓN INTERIOR DE CAUCHO.	CAJA X100 UNIDADES	5	15.00	75.00
2.	TUBOS TAPA LILA PLÁSTICO	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, TAPA LILA, 4 ML. DE PLÁSTICO, POSEE ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, CIERRE HERMÉTICO: POSEEN TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA. CONTIENE K2EDTA O K3EDTA, ADHERIDO A LAS PAREDES DEL TUBO. ESTÉRIL Y DESCARTABLE	CAJA X 100 UNIDADES	5	11.00	55.00
3.	TUBOS TAPA CELESTE PLÁSTICO	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE, TAPA CELESTE, 4 ML. DE PLÁSTICO, POSEE ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, CIERRE HERMÉTICO: POSEEN TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA. CONTIENE K2 EDTA O K3EDTA, ADHERIDO A LAS PAREDES DEL TUBO. ESTÉRIL Y DESCARTABLE	CAJA X 100 UNIDADES	1	15.00	15.00



4.	TUBOS TAPA ROJA MINICOLLECT	TUBO PARA MICRO RECOLECCIÓN DE SANGRE, TAPA ROJA, 1 ML. DE PLÁSTICO, POSEE ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, CIERRE HERMÉTICO: POSEEN TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR ROJO, ADHERIDO A LAS PAREDES DEL TUBO. ESTÉRIL Y DESCARTABLE	CAJA X 100 UNIDADES	1	17.80	17.80
5.	TUBOS TAPA LILA MINICOLLECT	TUBO PARA MICRO RECOLECCIÓN DE SANGRE, TAPA LILA, 1 ML. DE PLÁSTICO, POSEE ETIQUETADO DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE, CIERRE HERMÉTICO: POSEEN TAPÓN DE SEGURIDAD COLOR LILA. CONTIENE K2EDTA O K3EDTA, ADHERIDO A LAS PAREDES DEL TUBO. ESTÉRIL Y DESCARTABLE	CAJA X 100 UNIDADES	1	17.80	17.80
6.	AGUJAS TOMA MÚLTIPLE	AGUJA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE AL VACÍO, 21 G X 25 MM (1"). DE ACERO INOXIDABLE, DOBLE PUNTA, EMPAQUE INDIVIDUAL PLASTIFICADO, POSEE SELLO DE SEGURIDAD, CALIBRE 21 G Y TAMAÑO 25 MM (1"), ESTÉRIL, DESCARTABLE.	CAJA X 100 UNIDADES	5	12.00	60.00
7.	CURITAS REDONDOS ADULTOS	VENDA PLÁSTICA ADHESIVA LIBRE USO MATERIAL SUAVE Y ADAPTABLE A LA PIEL, ABSORBE FLUIDOS AYUDANDO A LA CICATRIZACIÓN	CAJA X 100 UNIDADES	5	1.60	8.00
8.	CURITAS REDONDOS NIÑOS	VENDA PLÁSTICA ADHESIVA LIBRE USO MATERIAL SUAVE Y ADAPTABLE A LA PIEL, ABSORBE FLUIDOS AYUDANDO A LA CICATRIZACION	CAJA X 100 UNIDADES	5	3.00	15.00
9.	PLACAS PORTA OBJETOS	PLACA PORTA OBJETO NORMAL	CAJA X 50 UDS	5	1.20	6.00
10.	CUBRE OBJETOS	CUBRE OBJETOS 22 X 22	CAJA X 100 UDS	10	1.00	10.00
11.	TIRILLAS DE ORINA	TIRA PLÁSTICA LUCOSITOS NITRITOS PH PROTEÍNAS GLUCOSA CETONAS BILIRRUBINA SANGRE HEMOGLOBINA DENSIDAD	FRASCO X 100 UNIDADES	3	42.00	126.00
12.	REACTIVO PARA KOH	SOLUCIONES PREPARADA PARA OBSERVAR HONGOS EN FLUIDOS CORPORALES	FRASCO X100ML	2	11.25	22.50
13.	ANTI A	REACTIVO MONOCLONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO (ANTI A) DE 10 ML	FRASCO X 10 ML.	1	4.11	4.11
14.	ANTI B	REACTIVO MONOCLONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO ABO (ANTI B) DE 10 M	FRASCO X 10 ML.	1	4.11	4.11
15.	ANTI D	REACTIVO MONOCLONAL PARA LA DETERMINACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO RH (ANTI D) DE 10 M	FRASCO X 10 ML.	1	6.89	6.89
16.	CASSETTE HEPATITIS A	REACTIVO DESTINADO PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE FLUIDO CORPORAL, PARA IDENTIFICAR VIRUS DE HEPATITIS A, CAUSANTE DE HEPATITIS	CAJA X 25 UNIDADES	1	40.25	40.25



17.	CASSETTE HEPATITIS B	ACTIVO DESTINADO PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE FLUIDO CORPORAL, PARA CUANTIFICAR LA CARGA VIRAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B, CAUSANTE DE HEPATITIS	CAJA X 25 UNIDADES	1	17.00	17.00
18.	CASSETTE HEPATITIS C	ACTIVO DESTINADO PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE FLUIDO CORPORAL, PARA CUANTIFICAR LA CARGA VIRAL DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C, CAUSANTE DE HEPATITIS	CAJA X 30 UNIDADES	1	40.40	40.40
19.	HCG CUALITATIVA TIRILLA	PRUEBA RÁPIDA DE EMBARAZO; BETA HCG CUALITATIVA	CAJA X 50 UNID	1	14.50	14.50
20.	PSA SEMICUANTITATIVO	REACTIVO DESTINADO PARA EL ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE FLUIDO CORPORAL, PARA DETERMINAR TIROTROPINA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO HORMONA ESTIMULANTE PSA	CAJA X 25 UNID	1	35.00	35.00
21.	PCR LATEX	CONTIENE REACTIVO SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LATEX SENSIBILIZADAS CON ANTICUERPOS ANTI-PCR CONTROL POSITIVO. CONTROL NEGATIVO, TARJETAS VISUALIZADORAS, POSILLOS PLÁSTICOS DESECHABLES, INSERTO, REACTIVOS LISTOS PARA USAR	SET X 100 DET	1	20.88	20.88
22.	FR LATEX	CONTIENE REACTIVO SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LÁTEX CUBIERTA GAMMA CONTROL POSITIVO. CONTROL NEGATIVO, TARJETAS VISUALIZADORES, POSILLOS PLÁSTICOS DESECHABLES, INSERTO, REACTIVOS LISTOS PARA USAR	SET X 100 DET	1	20.88	20.88
23.	ASTO LATEX	CONTIENE REACTIVO SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS DE LATEX RECUBIERTAS CON ESTREPTOLISINA O CONTROL POSITIVO. CONTROL NEGATIVO, TARJETAS VISUALIZADORAS, POSILLOS PLÁSTICOS DESECHABLES, INSERTO, REACTIVOS LISTOS PARA USAR	SET X 100 DET	1	20.88	20.88
24.	ROTAVIRUS	PRUEBA RÁPIDA DE ROTAVIRUS	CAJA X 25 UNID	1	59.75	59.75
25.	TORNIQUETE	TORNIQUETE ELÁSTICO	UNIDAD	2	0.55	1.10
26.	AGUA BIODESTILADA	AMPOLLA AGUA BIODESTILADA 10 ML	CAJA X 100 UNID	1	43.75	43.75
27.	TUBOS DE 5ML VIDRIO	TUBO DE ENSAYO 5 ML. DE VIDRIO BOROSILICATO, TRANSPARENTE, INCOLORO, UN EXTREMO ABIERTO Y	CAJA X 250 UNI	1	7.25	7.25



		OTRO CERRADO Y REDONDEADO. CON O SIN BORDE. RESISTENTE A QUÍMICOS Y ALTAS TEMPERATURAS (PYREX). DIMENSIONE APROXIMADAS: 100 MM X 12MM. CAPACIDAD: 3 ML				
28.	CAPSULA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE	CAPSULA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE	UNIDADES	2	0.75	1.50
29.	ACEITE DE INMERSIÓN	EL ACEITE DE INMERSIÓN ES UN LÍQUIDO VISCOSO Y TRANSPARENTE QUE TIENE UN ALTO ÍNDICE REFRACTIVO. POR ESTE MOTIVO ES MUY UTILIZADO EN LAS OBSERVACIONES MICROSCÓPICAS, YA QUE BRINDA LA PROPIEDAD DE CONCENTRAR LA LUZ CUANDO ESTA PASA A TRAVÉS DEL OBJETIVO DE 100X DEL MICROSCOPIO, AUMENTANDO SU PODER DE RESOLUCIÓN	FRASCO X 100ML	1	11.25	11.25
30.	SANGRE OCULTA EN HECES	PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES. LA PRUEBA DE SANGRE OCULTA EN HECES (FECAL OCCULT BLOOD TEST, FOBT) SE USA PARA DETECTAR SANGRE EN LAS HECES O LA MATERIA FECAL. LA PRESENCIA DE SANGRE EN LAS HECES PUEDE SER UN SIGNO DE CÁNCER COLORRECTAL U OTROS PROBLEMAS, TALES COMO PÓLIPOS O ÚLCERAS	CAJA X 10 UNID	1	35.00	35.00
31.	FRASCOS PARA MUESTRAS DE ORINA	FRASCOS DE ORINA	UNIDAD	100	0.11	11.00
32.	FRASCOS PARA MUESTRAS DE HECES	CAJA RECOLECTORA DE HECES	UNIDAD	100	0.06	6.00
33.	HIV	HIV CUARTA GENERACION AG/AB CASSETTE	CAJA X 50 UDS	1	62.50	62.50
34.	HELICOBACTER PYLORI	HELICOBACTER PYLORI EN HECES	CAJA X40	1	58.80	58.80
35.	HELICOBACTER PYLORI	HELICOBACTER PYLORI EN SANGRE	CAJA X 40	1	58.80	58.80
36.	PLASTILINA	PLASTILINA PARA HEMATOCRITO	UNIDAD	2	7.00	14.00
37.	SOPORTE DE PIPETAS	PORTA PIPETAS ACRILICO	UNIDAD	2	33.25	66.50
38.	TUBOS	TUBO EPENDORF	PAQUETE POR 500	4	5.00	20.00
39.	ALGODON	TORUNDAS DENTALES	PAQUETE POR 1000	1	5.75	5.75



40.	TINCIÓN GRAM	KIT GRAM	KIT X 4	1	47.60	47.60
41.	TIRAS	TIRAS DE GLUCOSA INSTANT	FRASCO X50 UNIDADES	1	55.35	55.35
42.	AGUA	AGUA DESTILADA	GALON	50	3.00	150.00
43.	VDRL	REACTIVO DE VDRL 250 DET	X 250 DET	2	18.75	37.50
44.	PALILLOS	PALILLOS	PAQUETE X 400	3	0.60	1.80
45.	DILUYENTE	M53 DILUYENTE	20 LITROS	4	115.00	460.00
46.	LYSE	LH LYSE	1000 ML	3	150.00	450.00
47.	LYSE I	LEO I LYSE	1000 ML	4	115.00	460.00
48.	LYSE II	LEO II LAYSE	400 ML	3	145.00	435.00
49.	CLEANSER	M 53 PROBE CLEANSER	50 ML	10	25.00	250.00
50.	TTP	APTT	5X4ML	2	42.50	85.00
51.	TP	TP	4X4ML	2	36.00	72.00
52.	HUMATROL N 6X5ML	HUMATROL N SUERO CONTROL NORMAL DE ORIGEN BOVINO. PARA QUÍMICA CLÍNICA, ENZIMAS, ELECTROLITOS. CONGELADO EN ALÍCUOTAS ESTABLE POR 1 MES. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 28/02/2022	6x5MI	3	48.50	145.50
53.	WASH ADITIVE	WASH ADDITIVE FECHA DE CADUCIDAD: 28/02/2023	4 X25 ML	2	57.00	114.00
54.	ÁCIDO ÚRICO	ACIDO URICO CON FAL MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. (PAP). ESTÁNDAR. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA, ORINA. RESULTADO EN 10 MIN. CON LFC (FACTOR ACLARANTE DE LÍPIDOS). REG. SAN.: AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/06/2022	4 x 100 ml	2	55.00	110.00



55.	AUTO BILIRUBINA T LIQUICOLOR	AUTO-BILIRRUBINA - T LIQUICOLOR MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL (DPD). PARA CALIBRAR USAR AUTOCAL. ABIERTO ESTABLE REFRIGERADO 1 MES. MUESTRA SUERO, PLASMA CON HEPARINA. RESULTADO EN 20 MIN A 25°C O 10 MIN A 37°C REG. SAN.: AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/04/2022	375 ml	1	60.00	60.00
56.	AUTO BILIRUBINA D LIQUICOLOR	AUTO-BILIRRUBINA - D LIQUICOLOR MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL (DPD). PARA CALIBRAR SE TIENE QUE USAR AUTOCAL. ABIERTO ESTABLE REFRIGERADO 1 MES. MUESTRA SUERO, PLASMA CON HEPARINA. RESULTADO EN 12 MIN A 25°C O 7 MIN. A 37°C. REG. SAN.: AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/08/2022	375 ml	1	60.00	60.00
57.	AUTOCAL MULTICALIBRADOR	AUTOCAL (MULTICALIBRADOR) MULTICALIBRADOR. CONGELADO EN ALÍCUOTAS ESTABLE 1 MES. REG. SAN. AD-0571-01-04 FECHA DE CADUCIDAD: 30/04/2022	4 X 5 ML	3	89.00	267.00
58.	TGO	TGO MÉTODO CINÉTICO DE MEDICIÓN CONTINUA (TESTUV). FACTOR. REACTIVO DE TRABAJO ESTABLE 1 MES REFRIGERADO. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO EN 4MIN. A 25-30°C O 37°C. DISPONIBLE APLICACIÓN PARA AUTOMATIZADOS. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/04/2022	10X10 ML	2	29.00	58.00
59.	TGP	TGP MÉTODO CINÉTICO DE MEDICIÓN CONTINUA (TESTUV). FACTOR. REACTIVO DE TRABAJO ESTABLE 1 MES REFRIGERADO. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO EN 4MIN. A 25-30°C O 37°C. DISPONIBLE APLICACIÓN PARA AUTOMATIZADOS. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/05/2022	TGP 10X10ML	2	29.00	58.00
60.	SPECIAL WASH SOLUTION	SPECIAL WASH SOLUTION FECHA DE CADUCIDAD: 28/03/2023	12 X 30 ML	3	85.00	255.00
61.	KIT DE SERODOS	SERODOS SUERO CONTROL NORMAL DE ORIGEN HUMANO. PARA QUÍMICA CLÍNICA, ENZIMAS, ELECTROLITOS, HORMONAS, ETC. CONGELADO EN ALÍCUOTAS ESTABLE POR 1 MES. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 07/07/2023 FECHA DE CADUCIDAD: 30-04-2021	6 X 5 ML	3	97.00	291.00



62.	UREA LIQUID	UREA LIQUIUV MÉTODO ENZIMÁTICO-CINÉTICO EN DOS PUNTOS O FIXED TIME. ESTÁNDAR. REACTIVO DE TRABAJO ESTABLE 1 MES REFRIGERADO. MUESTRA SUERO, PLASMA, ORINA. RESULTADO EN 1,5MIN. A 25°, 30° O 37°C. LECTURA 340NM, HG 334-365NM. LINEALIDAD HASTA 300 MG/DL. DISPONIBLE APLICACIÓN PARA AUTOMATIZADOS. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/07/2022	8 X 50 ML	2	96.00	192.00
63.	HDL COLESTEROL	HDL COLESTEROL, DIRECTO MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. CALIBRADOR. LISTO PARA USO ABIERTO ESTABLE 2 MESES REFRIGERADO. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA/CITRATO. RESULTADO EN 10MIN. A 37°C. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/04/2022	80 ML	2	166.00	332.00
64.	AUTO CREATININA	AUTO-CREATININA LIQUICOLOR MÉTODO CINÉTICO EN DOS PUNTOS O FIXED TIME (JAFFÉ). ESTÁNDAR. REACTIVO DE TRABAJO ESTABLE 1 MES. MUESTRA SUERO, PLASMA CON HEPARINA, ORINA. RESULTADO EN 2,5 MIN A 37°C. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/01/2023	250ML	2	46.50	96.00
65.	TRIGLICÉRIDOS	TRIGLICERIDOS CON FAL MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL (GPO-PAP). ESTÁNDAR. LISTO PARA USO. ESTABLE HASTA FECHA DE CADUCIDAD. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO EN 10MIN A 20-25°C O 5 MIN A 37°C. DISPONIBLE APLICACIÓN PARA AUTOMATIZADOS. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/012/2022	4 X 100ML	2	79.00	158.00
66.	GLUCOSA	GLUCOSA LIQUICOLOR MÉTODO ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. (GOD-PAP). ESTÁNDAR. LISTO PARA USO. ESTABLE HASTA LA FECHA DE CADUCIDAD. MUESTRA SUERO, PLASMA. RESULTADO EN 10 MIN A 20°-25°C O 5 MIN A 37°C. DISPONIBLE APLICACIÓN PARA AUTOMATIZADOS. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2022	4x100ml	2	25.00	50.00
67.	PROTEÍNAS TOTALES	PROTEINAS TOTALES MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. (BIURET). ESTÁNDAR. LISTO PARA USO. ESTABLE HASTA FECHA DE CADUCIDAD. MUESTRA SUERO, PLASMA	4 X 100 ML	1	26.50	26.50



		CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO EN 10 MIN A 20°-25°C. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/12/2022				
68.	ALBUMINA	ALBÚMINA LIQUICOLOR MÉTODO COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. (BCG). ESTÁNDAR. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO 5 MIN A 20-25°C REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/04/2023	4 x 100 ML	1	24.50	24.50
69.	T3	T3 (TRIYODOTIRONINA TOTAL) MÉTODO ELISA POR COMPETICIÓN. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. TIEMPO DE INCUBACIÓN 1H15MIN A 20°-25°C. RESULTADO CUANTITATIVO EN NG/ML. REG. SAN. AD-0369-07-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/08/2022	96 Test	1	149.00	149.00
70.	T4	T4 (TIROXINA TOTAL) MÉTODO ELISA POR COMPETICIÓN. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. TIEMPO DE INCUBACIÓN 1H15MIN. A 20-25°C. CALIBRADORES INCLUIDOS. RESULTADO CUANTITATIVO EN UG/DL. REG. SAN. AD-0369-07-03 FECHA DE CADUCIDAD: 10/12/2022	96 Test	1	149.00	149.00
71.	TSH	TSH (TIROTROPINA) MÉTODO ELISA SANDWICH. MUESTRA SUERO. TIEMPO DE INCUBACIÓN 1H15MIN A 20-25°C. RESULTADO CUANTITATIVO EN MUL/L. REG. SAN. AD-0369-07-03 FECHA DE CADUCIDAD: 31/01/2022	96 Test	1	149.00	149.00
72.	COLESTEROL	COLESTEROL CON FAL MÉTODO ENZIMÁTICO, COLORIMÉTRICO DE PUNTO FINAL. (CHOD-PAP). ESTÁNDAR. LISTO PARA USO. ESTABLE HASTA FECHA DE CADUCIDAD. MUESTRA SUERO, PLASMA CON EDTA/HEPARINA. RESULTADO EN 10MIN. A 20-25°C O 5 MIN A 37°C. REG. SAN. AD-0342-05-03 FECHA DE CADUCIDAD: 30/09/2022	4x100 ml	1	59.00	59.00

OTROS PARÁMETROS

NO.	PARÁMETRO	DIMENSIÓN
1	COMPROMISO DE GARANTIA TECNICA	EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN COMPROMISO DE GARANTÍA TÉCNICA, DE DOCE (12) MESES QUE ASEGURE LA CALIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA LABORATORIO CLÍNICO, INDICANDO QUE LOS BIENES OBJETO DE LA ADQUISICIÓN, EN CASO DE QUE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO O SI DURANTE EL USO DETECTEN ANOMALÍAS, LOS BIENES SERÁN REEMPLAZADOS EN EL LAPSO DE 72 HORAS
2	CARTA DE COMPROMISO DE CANJE O REPOSICION	EL PROVEEDOR ENTREGARA UNA CARTA DE CANJE, EN EL CUAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL CANJE DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO ADQUIRIDOS, QUE ESTÉN POR CADUCARSE, PARA LO CUAL LA ENTIDAD NOTIFICARA CON 90 DÍAS DE ANTICIPACIÓN, LA CARTA DE CANJE DEBE TENER UNA VIGENCIA HASTA LA FECHA DE EXPIRACIÓN DE TODOS LOS BIENES, LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO TENDRÁN MÍNIMO UNA CADUCIDAD DE 1 AÑO
3	REGISTRO SANITARIO	TODOS LOS BIENES DEBEN TENER REGISTRO SANITARIO Y DEBEN ESTAR VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO (EN EL CASO DE QUE NO APLIQUE TRAER IMPRESO EL DOCUMENTO DEL ARCSA)
4	CATALOGO O FICHA TECNICA	EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR UN CATÁLOGO O LA FICHA TÉCNICA DE TODOS LOS PRODUCTOS OFERTADOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL ÁREA DE LABORATORIO, MARCA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EL CATALOGO O FICHA TÉCNICA DEBERÁN SER EMITIDOS POR EL FABRICANTE DEL BIEN OFERTADO.
5	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO QUE ESTÉ VIGENTE A LA PRESENTACIÓN DE LA PROFORMA Y DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES
6	CERTIFICADOS	CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA O ISO BPM, EL CERTIFICADO DEBERÁ ENCONTRARSE VIGENTE, EN EL CASO DE NO APLICAR DEBE PRESENTAR UNA CARTA DEL PROVEEDOR INDICANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES NO APLICA. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS ALMACENAMIENTO BPA, EL CERTIFICADO DEBERÁ ENCONTRARSE VIGENTE, EN EL CASO DE NO APLICAR DEBE PRESENTAR UNA CARTA DEL PROVEEDOR INDICANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES NO APLICA. CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DISTRIBUCIÓN BPD, EL CERTIFICADO DEBERÁ ENCONTRARSE VIGENTE, EN EL CASO DE NO APLICAR DEBE PRESENTAR UNA CARTA DEL PROVEEDOR INDICANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES NO APLICA.



LAS PROFORMAS DEBERÁN VENIR CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- CLIENTE: PATRONATO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.
- RUC: 0660831360001
- DIRECCIÓN: 10 DE AGOSTO Y ESPAÑA
- TELÉFONO: 032946908

- VALIDEZ DE LA PROFORMA
- GARANTÍA TÉCNICA
- TIEMPO DE ENTREGA